



ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY

Száma: C-1265819

Kelt: Budapest, 2019. 06. 17.

Termékcsoport neve: Delta XX-T-S-E-V, vegyifülke sorozat

Típusváltozatok azonosító adatai:

XX- méret jelölés, külső szélesség (dm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

T- típus: B- normál, D- desztilláló, W- bejáró, T- átadó, A- asztali - mobil

S- belső burkolat : N- normal HPL laminált, PP- Polypropilén borítás,
ESD- electrostatikus borítás

E- szívóteljesítmény üzemmódok: O- állandó teljesítmény (100%),

E- gazdaságos, két teljesítmény 30% vagy 100

V- VAV változó légmennyiség, folyamatos szívóteljesítmény 30%-100%

Megbízó/ gyártó:

FOTON Kft.
2120 Dunakeszi, Táltos u. 28.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály a kérelmező által benyújtott dokumentációk, a 2019. 06. 17 -én kelt gyártói azonossági nyilatkozat alapján és a korábbi vizsgálati eredmények (R-957403) alapján megállapítja, hogy a vizsgált minták az alábbiakban részletezett jogszabályoknak, vonatkozó előírásoknak

megfelelnek

Alkalmazott, előírások, szabványok:

MSZ EN 14175-1:2003, MSZ EN 14175-2:2003, MSZ EN 14175-3:2004

MSZ EN 14175-6:2006, MSZ EN 14175-7:2012

Érvényes: A kiállítástól számított 2 évig, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.



Süvegesné Váradi Gabriella
Süvegesné Váradi Gabriella
osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

A vonatkozó jogszabályok betartása és a megfelelő műszaki dokumentáció összeállítása után a terméken a CE jelölés elhelyezendő.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett, vagy bekövetkezett változásokról. Jelen tanúsítvány a 1265819 számú szerződés alapján lett kiállítva.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.

Tel: +36 1 210-9570

ÉMI-TÜV SÜD Ltd.